



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 09 04 12906 081

Zertifikatsinhaber:

**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**Mainparkstraße 6 - 10
63801 Kleinostheim
DEUTSCHLAND**DÜPERTHAL**Produktions-
stätte(n):

62099

Prüfzeichen:



Produkt:

**Sicherheitschränke
Gefahrstoff Center HSC line**

Modell(e):

UTS HSC 39-06BBTu-xyz(L)

Kenndaten:

Schlüsseldekodierung Art.-Nr.
BB - Schrankbreite, steht für Ziffern 00-99
T - Schranktiefe, steht für Ziffern 0-9
L - kennzeichnet die Position der Säuren-
und Laugenschrankteile am Sicherheitsschrank
und Türanschlag
u - Türschließtechnik, steht für Ziffern 0-9
x - Farbgebung, steht für Ziffern 0-9
yz - Innenausstattung, steht für Ziffern 0-9Feuerwiderstandsfähigkeit der Schränke
Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1:2004

Geprüft nach:

DIN EN 14470-1:2004
DIN EN 14727:2006
PPP 52125:2006

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

71351859

Gültig bis:

2014-04-26

Datum, 2009-04-28

Seite 1 von 1

